

# PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it >

< assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it >

A

< protocollo.centrale@pec.iss.it >

< segreteria@pec.fnomceo.it >

fofi roma - < posta@pec.fofi.it >

Oggetto

Richiesta urgente di Aziende Fabbricanti di prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale.

Venerdì 06-03-2020 11:40:00

---

## Allegati:

nota\_prot.\_n.\_146444\_del\_06.03.2020.pdf

## Dati Tecnici:

smime.p7s testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml





Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute e  
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

*Ai Direttori Generali AA.SS.LL., AA.OO.UU., IRCCS*

*Alla Spett.le FEDERFARMA*

*Alla Spett.le ASSOFARM*

*Alla Spett.le FOFI*

*Alla Spett.le FIFO*

*Alla Spett.le FNOMCeO*

*Alla Spett.le SIFO*

*Alla Spett.le ASSOBIOMEDICA*

*Alla Spett.le ASSOPRESIDI*

*Alla Spett.le FEDERFARMA SERVIZI*

*Alla Spett.le Associazione Distributori Farmaceutici*

*e p.c. Al Ministero della Salute*

*All'Assessorato alla Sanità della Regione Campania*

*All'Istituto Superiore di Sanità*

*Al Comando dei Carabinieri per la Sanità*

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2020. 0146444 06/03/2020 07,39  
Mitt. : SOBACB Politico del Farmaco e di...  
Dest. : AI DIRETTORI GENERALI AA.SS.LL., AA.OO. - AA.OO.UU., IRCCS...  
Classifica : 50.4. Fascicolo : 57 del 2020



**Oggetto: Richiesta urgente di Aziende Fabbricanti di prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale**

Facendo seguito alla comunicazione inoltrata dal Ministero della Salute con nota prot. 0135767 del 02/03/2020 che, per pronta lettura si allega alla presente, si richiede alle SSLL in indirizzo di monitorare l'applicazione della Direttiva 93/42/CEE relativamente ai prodotti in oggetto. Nella fattispecie, qualora i filtri impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale presentassero difformità rispetto all'art.1 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.46/97 con il

quale si attua la Direttiva di cui sopra, si invita a procedere all'eliminazione del marchio CE dagli stampati e di non qualificare gli stessi come dispositivi medici.

Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a dare ampia diffusione della presente nota a tutti i soggetti interessati, fabbricanti, produttori terzisti, distributori ed utilizzatori dei prodotti in questione.

*Il Dirigente UOD 04*  
*Dott.ssa Maria Rosaria Romano*

*Il Dirigente UOD 06*  
*Dott. Ugo Trama*

*Il Direttore Generale*  
*Avv. Antonio Postiglione*

Da "dg.500400@pec.regione.campania.it" <dg.500400@pec.regione.campania.it>  
A "06 POLITICA DEL FARMACO " <dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it>  
Data lunedì 2 marzo 2020 - 10:29

**I: Prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale#374166412#**

---

Da : "Per conto di: dgfdm@postacert.sanita.it" posta-certificata@telecompost.it  
A : dg.500400@pec.regione.campania.it  
Cc :  
Data : Mon, 2 Mar 2020 09:37:20 +0100 (CET)  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale#374166412#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGDMF

Numero di protocollo: 12446

Data protocollazione: 02/03/2020

Segnatura: 0012446-02/03/2020-DGDMF-DGDMF-UFF03-P

---

**Allegato(i)**

Circolare filtri\_prot. 12446-P-02.03.2020.pdf (2105 Kb)

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2020. 0135767 02/03/2020 13,32**

Mitt. : MINISTERO DELLA SALUTE - DG SI...

Reg. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 57 del 2020





# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI  
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
Ufficio 3  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC: [dgfdm@postacert.sanita.it](mailto:dgfdm@postacert.sanita.it)

DGDMF.3/P/C.1.a.c/2020/2

*Roma 28 Febbraio 2020*

## LISTA DI DISTRIBUZIONE

**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

All'Istituto Superiore di Sanità  
Pec: [PROTOCOLLO.CENTRALE@PEC.ISS.IT](mailto:PROTOCOLLO.CENTRALE@PEC.ISS.IT)

Al Comando Carabinieri per la Sanità  
00144 Roma  
Pec: [srm20400@pec.carabinieri.it](mailto:srm20400@pec.carabinieri.it)  
Fax 06 8079 252

Alla ASSOFARM  
00184 Roma  
Pec: [assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it](mailto:assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it)

Alla Associazione Distributori Farmaceutici  
00161 Roma  
Pec: [associazionedistributorifarmaceutici@legalmail.it](mailto:associazionedistributorifarmaceutici@legalmail.it)

Alla FEDERFARMA SERVIZI  
00184 Roma  
Pec: [federfarmaservizi@legalmail.it](mailto:federfarmaservizi@legalmail.it)

Alla S.I.F.O. Società Italiana di Farmacia Ospedaliera  
20159 Milano  
Pec: [sifo@pec.sifoweb.it](mailto:sifo@pec.sifoweb.it)

Alla FNOMCeO  
00192 Roma  
PEC: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

Alla FEDERFARMA  
00185 Roma  
Pec: [federfarma@pec.federfarma.it](mailto:federfarma@pec.federfarma.it)

Alla ASSOBIOMEDICA  
00144 Roma  
PEC: [assobiomedica@pec.it](mailto:assobiomedica@pec.it)

Alla F.O.F.I.  
00185 Roma  
Pec: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

Alla ASSOPRESIDI  
00142 Roma  
Fax 06.2331.4032

Alla F.I.F.O.  
00161 Roma  
Fax 06.58.12.750

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto  
Sede

**OGGETTO: Prodotti (filtri) impiegati nella filtrazione dell'acqua ai punti di utilizzo in ospedale.**

I filtri riferiti in oggetto vengono impiegati per ottenere acqua che verrà poi utilizzata per la pulizia dei pazienti, per il lavaggio delle mani degli operatori sanitari (o, comunque, per la prevenzione in genere di infezioni veicolate dall'acqua) e anche per lavare i dispositivi medici.

Risulta che varie aziende fabbricanti hanno marcato CE tali prodotti come dispositivi medici, ai sensi del decreto legislativo n. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) ed hanno inserito gli stessi nella banca dati dei dispositivi medici di questo Ministero. A tale proposito, si fa presente che i prodotti di cui tra

alla luce della loro destinazione d'uso e modalità d'azione (applicazione alle tubature dell'acqua nei punti di erogazione), non rientrano nella definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del citato decreto e, pertanto, non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico.

Recentemente la linea guida Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory Framework for medical devices version 1.22 (05-2019), riporta alla monografia 1.24. Water filter:

*"- Background:*

*The product is a water filter with a fibre membrane for removing microorganisms from the water without changing its chemical composition. The manufacturer claims that filtered water is specifically intended for washing wounds and rinsing invasive medical equipment (e.g. endoscopic material) and that the filter should be classified as a medical device of class IIb according to rule 4 or 15 (both apply according to the manufacturer).*

*The question has arisen as to whether such a product meets the definition of medical device or accessory of medical device.*

*- Outcome:*

*The water filter does not come into contact with injured skin and it does not disinfect medical devices, neither rule is applicable. Water filtration systems that use mechanical barriers such as a fibre membrane for removing microorganisms should be regarded as general hospital equipment and should not be qualified as a medical device or accessory of medical device. "*

Al fine di garantire un'omogenea applicazione della direttiva sopra citata, questa Direzione richiede alle aziende fabbricanti che hanno marcato CE i filtri di cui in oggetto, di eliminare il marchio CE dai stampati e di non qualificare i prodotti stessi come dispositivi medici.

Le SS.LL. sono invitate a dare ampia diffusione della presente nota a tutti i soggetti interessati: fabbricanti, produttori terzi, distributori ed utilizzatori dei prodotti in questione.

Gli Assessorati e gli altri soggetti in indirizzo sono invitati, per quanto di rispettiva competenza, assicurare la massima divulgazione del contenuto della presente nota.

La presente nota, che sostituisce la precedente del 17 novembre 2011, è consultabile, come anche la sopra citata linea guida, sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo:

[http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?lingua=italiano&id=2887&area=dispositivi-medici&menu=vuoto](http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2887&area=dispositivi-medici&menu=vuoto) .

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marcella Marletta)

